



Zielona Góra, dnia 16 marca 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LUBUSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

z siedzibą w Zielonej Górze

Wykonawcy (wszyscy)

Nasz znak: WIW.DG.272.2.3.2021

Dot. sprawy nr: Pytania do postępowania pismo z dnia: 12.03.2021 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę pożywek i testów mikrobiologicznych.

Nr sprawy: WIW.DG.272.2.2021

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Botanicznej 14, 65-306 Zielona Góra informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Zadanie nr 1

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża o poniższym składzie?

Skład w g/l wody destylowanej:

Skład w g/l wody destylowanej:		Suplementy/litr:	
Enzymatyczny hydrolyzат kazeinowy	5,0 g	Odwłókniona krew barania	50 ml
Enzymatyczny hydrolyzат tkanek zwierzęcych	8,0 g		
Wyciąg drożdżowy	10,0 g		
Agar	14,0 g		
Chlorek sodu	5,0 g		
Skrobia kukurydziana	1,0 g		

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry, które musi spełniać produkt w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik 1 do SWZ zadanie 1 pozycja 1.



Pytanie 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 podłoża o poniższym składzie?

Skład w g/l wody destylowanej:	
Enzymatyczny hydrolizat kazeinowy	15,0 g
Enzymatyczny hydrolizat mączki sojowej	5,0 g
Chlorek sodu	5,0 g
Lecytyna	0,7 g
Tween 80	5,0 g
Agar	20,5 g

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 8 podłoża o poniższym składzie?

Skład w g/l wody destylowanej:		Suplementy/Litr:	
Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych	18,0 g	Ceftazydym	0,02 g
Ekstrakt drożdżowy	10,0 g	Siarczan polimyksyny B	76700 IU
Enzymatyczny hydrolizat kazeiny	6,0 g	Kwas nalidyksowy	0,02 g
Pirogronian sodu	2,0 g	Cykloheksamid	0,01 g
Glicerofosforan magnezu	1,0 g	L- α -fosfatydyloinozytol	2,0 g
Glukoza	2,0 g		
Siarczan magnezu (bezwodny)	0,5 g		
Chlorek sodu	5,0 g		
Chlorek litu	10,0 g		
Wodorofosforan (V) disodu (bezwodny)	2,5 g		
5-bromo-4-chloro-3-indolo- β -D-glukopiranoz	0,05 g		
Agar	13,5 g		

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 11 podłoża, które zawiera cykloheksamid w ilości 0,1 g/l?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 12 podłoża zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 2 do pytań), które, z uwagi na dodatek krwi w swoim składzie,



Glukoza 40,0 g
Tween 80 5,0 g
Lecytyna 0,7 g

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 18 podłoża o poniższym składzie?

Skład w g/l wody destylowanej:	Suplementy/litr:	
Ekstrakt drożdżowy	3,0 g	Tween 80 5,0 g
Enzymatyczny hydrolyzát żelatynowy	7,0 g	Lecytyna 0,7 g
Sole żółci	1,5 g	
Czerwień obojętna	0,03 g	
Chlorek sodu	5,0 g	
Agar	13,5 g	
Fiolet krystaliczny	0,002 g	
Glukoza	10,0 g	

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 21 podłoża o wybranym poniższym składzie A, B lub C?

A.

Skład w g/l wody destylowanej:	
Hydrolyzát żelatynowy	5,0 g
Wyciąg mięsny	3,0 g
Chlorek sodu	8,0 g
Agar	15,0 g

B.

Skład w g/l wody destylowanej:	
Ekstrakt mięsny	1,0 g
Ekstrakt drożdżowy	2,0 g
Pepton	5,0 g
Chlorek sodu	5,0 g
Agar	15,0 g

C.

Skład w g/l wody destylowanej:	
Ekstrakt mięsny	3,0 g
Enzymatyczny hydrolyzát tkanek zwierzęcych	5,0 g



Chlorek sodu	5,0 g
Lecytyna	0,7 g
Tween 80	5,0 g
Agar	20,5 g

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry, które musi spełniać produkt w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik 1 do SWZ zadanie 1 pozycja 26.

Pytanie 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 6, 7, 17-19, 21, 23 i 25 podłoży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 4

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża zawierającego w składzie 8,0 g chlorku sodu?

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry, które musi spełniać produkt w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik 1 do SWZ zadanie 4 pozycja 5.

Z upoważnienia
Lubuskiego Województwa
Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze
Zastępcy Lubuskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Agata Bobrowska

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a. DG



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra
tel.: (68) 453-73-00, fax: (68) 453-73-01, e-mail: zielonagora.wiw@wet.zgora.pl, www.wet.zgora.pl