

Zielona Góra, 2009-11-27

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/08/09. Nazwa zadania: DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wyjaśnia treść SIWZ.

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie następujących pytań:

Zadanie nr 6 - suszarka laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści suszarkę za zakresem temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +220°C?
2. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o pojemności 54 l?
3. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych 610x640x680mm (szer.x gł.xwys.) i wewnętrznych 400x330x410mm (szer.x gł.xwys.)?
4. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną bez opcji wyłączenia wentylatora?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Temperatura 300⁰C jest warunkiem koniecznym przy realizacji powyższego zadania.
2. Tak, dopuszcza się pojemność 54 l.
3. Nie, wynika to z możliwości ustawienia w Pracowni.
4. Nie, opcja wyłączenia wentylatora jest warunkiem koniecznym przy realizacji powyższego zadania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII
lek. wet. Zbigniew Marks