

Zielona Góra, 2009-11-27

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/07/09. Nazwa zadania: DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wyjaśnia treść SIWZ.

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie następującego pytania:

*Dotyczy zadania nr. 1*

1. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw o średnicy komory 38 cm?
2. Czy zamawiający dopuszcza pojemność autoklawu 85 litrów?
3. Czy zamawiający dopuszcza wysokość zewnętrzną autoklawu 925 mm?
4. Czy zamawiający dopuszcza termin realizacji dostawy - 6 tygodni?
5. Czy zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał elastyczną sondę temperaturową do umieszczenia w sterylizowanym wsadzie?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1 . Nie, minimum 40 cm.

Ad. 2 . Tak, dopuszcza

Ad. 3. Tak, dopuszcza

Ad. 3 Nie, nie dopuszcza

Ad. 4 Nie, nie wymaga koniecznie sondy, może być każdy inny system odbierający Impulsy potrzebne do zobrazowania warunków w jakich przebiega sterylizacja

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

---

ZASTĘPCA  
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
LEKARZA WETERYNARII

*lek. wet. Zbigniew Marks*