

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/07/09. Nazwa zadania: DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wyjaśnia treść SIWZ.

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie następującego pytania:

Dotyczy zadania nr. 2

1. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw z programem sterylizacji szybkim 15 minut?
2. Czy zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika na wodę 6 litrów?
3. Czy zamawiający dopuszcza wyświetlanie etapu procesu w języku angielskim?
4. Czy zamawiający dopuszcza termin realizacji dostawy - 6 tygodni?
5. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw z wyświetlaczem LCD w języku angielskim?
6. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw z 3 programami w temperaturze 134 st. C i 3 w temp. 121 st. C?
7. Czy zamawiający dopuszcza autoklaw z pamięcią zewnętrzną typu pendrive zamiast wbudowanego melaflesh?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Ad. 1. Zamawiający oczekuje autoklawu z możliwością programowania zarówno temperatury jak i czasu trwania cykli sterylizacyjnych.
- Ad. 2. Tak, dopuszcza.
- Ad. 3. Tak, dopuszcza.
- Ad. 4. Nie, nie dopuszcza.
- Ad. 5. Tak, dopuszcza.
- Ad. 6. Odpowiedź zawarta w punkcie 1.
- Ad. 7. Nie, nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII

lek. wet. Zbigniew Marks