

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/07/09. Nazwa zadania: DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wyjaśnia treść SIWZ.

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie następujących pytań, odpowiadamy:

ZADANIE 1 - AUTOKLAW PIONOWY

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie sterylizatora pionowego z pokrywą otwieraną horyzontalnie (w płaszczyźnie poziomej)?

Sterylicator otwierany ręcznie w pozycji i horyzontalnej znacznie zwiększa bezpieczeństwo operatora w trakcie otwierania autoklawu po zakończeniu cyklu sterylizacji uniemożliwiając poparzenie się gorącą, nasyconą parą wodną, które jest możliwe w przypadku otwierania sterylizatora w płaszczyźnie pionowej. Ponadto panel sterowania autoklawu jest widoczny dla użytkownika również podczas otwarcia pokrywy autoklawu, co jest dodatkową zaletą użytkową takiego sposobu otwierania urządzenia.

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania autoklaw 7 pojedynczą sygnalizacją zakończenia procesu sterylizacji na panelu sterowania?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie autoklawu o wymiarach zewn. (szer. x wys. x gł.) 650 x 990 x 650 mm ?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia autoklawu w próżnię frakcjonowaną?


Odp. Nie

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie autoklawu o wymiarach zewn. (szer. x wys. x gł.) 1200 x 1305 x 600 mm ?

Odp. Nie

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Z upoważnienia
Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wojewódzki Inspektor
dr Elżbieta Sobczak
lek. wet.