

W nawiązaniu do przetargu na dostawę autoklawów proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, dotyczące zadania nr 2:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach zewnętrznych: wysokość : 990 mm, głębokość : 650 mm, szerokość : 650 mm, który w czasie otwarcia potrzebuje ok. 110 cm (ze względu na horyzontalne otwarcie pokrywy)?
2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach komory sterylizacyjnej: średnica 400 mm, wysokość 600 mm, wysokość komory przy zamkniętej pokrywie : 600 mm
3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wadze ok. 150 kg – autoklaw jest wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie?
4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z możliwością ustawienia dowolnej temperatury w zakresie od 105 do 140 °C oraz dodatkowo możliwością ustawienia temperatury w zakresie 45-90°C – wstępne podgrzanie komory (celem np. topienia agaru, lub utrzymywanie temperatury po zakończonej sterylizacji)? Jeżeli nie proszę o wyjaśnienie.
5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu dla którego parametry sterylizacji (czas, temperatura i ciśnienie) mogą być odczytywane z wyświetlacza głównego i wyposażonego dodatkowo w 2 manometry analogowe (ciśnienie w komorze i wytwornicy pary)?
6. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu dla którego panel sterowania znajduje się na obudowie głównej – obok pokrywy – takie rozwiązanie jest

korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż dostęp do parametrów/ustawień – jest możliwy również w czasie załadunku – przy otwartej komorze?

7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu bez konieczności podłączenia do instalacji wod.-kan. który posiada własny system poboru wody do wytwornicy – z czujnikiem poziomu wody. Nie ma konieczności wlewania wody do komory, wystarczy podstawić wodę w pojemniku.
8. Czy Zamawiający wymaga aby autoklaw wyposażony był w wytwornicę pary oddzieloną od komory sterylizacyjnej. Takie rozwiązanie tzn. brak elementów grzejnych w komorze pozwala m.in. na rozbudowę autoklawu w przyszłości o system pompy próżniowej, co umożliwi proces suszenia próżniowego, oraz uzyskanie próżni wstępnej – opcje bardzo przydatne do sterylizacji ciał stałych jak np. narzędzia chirurgiczne, szkło, tworzywa sztuczne (piety) ?
9. Czy zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał możliwość rozbudowy o system pompy próżniowej?
10. Zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał system chłodzenia za pomocą wentylatora umieszczonego w pokrywie autoklawu. Czy Zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał również kompresor (wbudowany w obudowę autoklawu), tak aby możliwe było utrzymywanie nadciśnienia w czasie chłodzenia płynów- tzn. aby nie był możliwy efekt wygotowania płynu w czasie chłodzenia?
11. Czy zamiast wiadra pełnego o średnicy 33 cm i wysokości 21 cm zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemnika do sterylizacji z pełnym dnem oraz pełnymi ścianami – z wyjątkiem otworów przy górnej krawędzi pojemnika (które umożliwiają penetracje pary podczas ustawienia 2 pojemników jeden na drugim). Wymiary pojemnika: średnica 38 cm, wysokość 29 cm?
12. Czy Zamawiający wymaga aby pokrywa autoklawu otwierała się na bok autoklawu tzn. horyzontalnie.? Takie rozwiązanie wymusza odsunięcie operatora od komory urządzenia w momencie otwierania. Tym samym nie ma możliwości nachylenia osoby nad gorącym wsadem autoklawu w momencie otwierania – jest to szczególnie ważne w czasie sterylizacji np. materiału o nieprzyjemnym zapachu. ?
13. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu, który nie ma funkcji komunikatu głosowego (akustycznego) o rozpoczętym procesie sterylizacji?
14. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o mocy 6,5 kW?

ZSA.272.05.2012

Zielona Góra, 2012-11-12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.05.2012.
Nazwa zadania: Dostawa autoklawów szt. 2

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Nie, ponieważ laboratorium dysponuje ograniczonym miejscem do ustawienia urządzenia. Horyzontalne otwieranie pokrywy nie będzie w pełni możliwe.
2. Tak.
3. Nie, ponieważ możliwa będzie potrzeba przemieszczania autoklawu pomiędzy pomieszczeniami, pomiędzy którymi istnieje różnica poziomów (stopień); waga 150kg znacznie utrudni przemieszczanie urządzenia.
4. Tak
5. Tak
6. Tak
7. Nie, laboratorium dysponuje ograniczonym miejscem, może istnieć problem z ustawieniem dodatkowego pojemnika na wodę.
8. Nie, laboratorium nie jest zainteresowane rozbudową autoklawu w przyszłości, będzie on wykorzystywany jedynie do unieszkodliwiania pozostałości po badaniach.
9. Nie, j/w
10. Nie, laboratorium nie przewiduje wykorzystania autoklawu do sterylizacji żywności
11. Tak
12. Nie, ponieważ laboratorium dysponuje ograniczonym miejscem do ustawienia urządzenia. Horyzontalne otwieranie pokrywy nie będzie w pełni możliwe.
13. Tak
14. Nie, ze względu na oszczędność zużycia energii elektrycznej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

LOBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze

Kierownik zamawiającego
Dr. hab. med. Wozniak
Lek. Wet.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy