

ZSA.272.07.2012

Zielona Góra, 2012-11-12

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.07.2012.
Nazwa zadania: Dostawa komory laminarnej i sprzętu laboratoryjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE:

ZADANIE 11 (Kosze do sterylizacji)

Czy Zamawiający dopuszcza kosze laboratoryjne z uchwytem, okrągłe o wysokości 180mm i średnicy 270 mm? Pytanie moje argumentuję faktem, iż zgodnie z siwz powołują się Państwo na katalog Labartu (a w nim nie ma koszy okrągłych o średnicy 260mm).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza średnicę kosza do sterylizacji 270 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

LUBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze

dr Tadeusz Woźniak
lek. wet.

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy