

ZSA.272.07.2012

Zielona Góra, 2012-11-20

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.07.2012. Nazwa zadania: Dostawa komory laminarnej i sprzętu laboratoryjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE:

Zadanie 1: komora laminarna

1. Czy poziom zapełnienia filtrów może być podany w formie ilości godzin przepracowanych przez filtry? Standardowo filtry HEPA w komorach II klasy bezpieczeństwa winny być wymienione po 5000 godzinach pracy.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory, gdzie wyświetlacz nie zmienia koloru w stanie alarmu, ale kolor zmieniają diody przyporządkowane do opisów graficznych funkcji (z zielonego na czerwony)?
3. W związku z tym, że Zamawiający chce przeprowadzać dekontaminację komory formaldehydem, czy komora winna być wyposażona w specjalnie rozwiązane do tego typu funkcji podłączenie do centralnej wentylacji?
4. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory o długości blatu roboczego: 90 cm, przy szerokości 65 cm?
5. Czy szerokość zewnętrzna komory może wynosić 79,8 cm?

ODPOWIEDŹ:

Ad 1. Tak

Ad. 2 Tak

Ad. 3 Nie, ponieważ laboratorium nie posiada centralnej wentylacji

Ad. 4 Tak

Ad. 5 Nie, ponieważ wymiary zewnętrzne podane w specyfikacji są wymiarami granicznymi gwarantującymi możliwość wniesienia urządzenia do pomieszczenia diagnostycznego bez konieczności wyburzania ścian budynku.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

LUBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze

Kierownik zamawiającego
[Podpis]
lek. wet.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy