

ZSA.272.07.2012

Zielona Góra, 2012-11-20

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.07.2012. Nazwa zadania: Dostawa komory laminarnej i sprzętu laboratoryjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### PYTANIE:

##### Zadanie 2: wytrząsarka:

- 1 - Czy zamawiający dopuści wytrząsarkę o zakresie prędkości 150-2000 obr./min.?
- 2 - Czy zamawiający dopuści wytrząsarkę o amplitudzie wytrząsania 3 mm?
- 3 - Czy zamawiający dopuści urządzenie o mocy 50W?
- 4 - Czy zamawiający dopuści urządzenie o klasie bezpieczeństwa IP30?
- 5 - Czy zamawiający wymaga aby urządzenie mogło pracować w zakresie temperatur od 0 do 50st.C?

#### ODPOWIEDŹ:

- 1 -TAK
- 2 -TAK
- 3 -TAK
- 4 -TAK
- 5 -TAK

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

LUBUSKI  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
w Zielonej Górze

Kierownik Zamawiającego  
lek. wet.

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy