

ZSA.272.07.2012

Zielona Góra, 2012-11-20

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (4)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.07.2012. Nazwa zadania: Dostawa komory laminarnej i sprzętu laboratoryjnego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE:

Zadanie 5: MIKROSKOP:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści tradycyjne rozwiązanie stosowane przez większość producentów mikroskopów: dwustopniowy układ ogniskowania z gałkami umieszczonymi po obu stronach statywu mikroskopowego?

Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie terminu możliwość regulacji ustawienia wysokości dwustopniowego układu ogniskowania?

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: kondensator achromatyczno aplanatyczny o aperturze num. 0,9/0,25 z irysowa przysłoną aperyrową opisaną znacznikami w kolorach odpowiadających kolorom znakowania obiektywów wg. norm DIN/ISO oraz slotem na przysłony do kontrastu fazowego i ciemnego pola?

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: kondensator achromatyczno aplanatyczny o aperturze num. 1,25 przystosowanym do pracy w układzie Kohlera?

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotowego stolika z powszechnie stosowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją i o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne jako rozwiązanie równoważne?

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: pięciopozycyjny, rewolwerowy uchwyt obiektywów z gwintem M20?

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: ze współosiowym pokrętle układu zmiany położenia preparatu w osiach x-y, mocowanym z prawej strony?

ODPOWIEDŹ:

Pytanie 1 – TAK

Pytanie 2 – pokrętła układu ogniskowania powinny mieć możliwość zmiany wysokości ich położenia

Pytanie 3 – NIE

Pytanie 4 – TAK

Pytanie 5 – NIE

Pytanie 6 – NIE

Pytanie 7 – NIE

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

LUBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze

Kierownik zamawiającego

Dr Radosław Woźniak
lek. wet.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy