

ZSA.272.04.2014

Zielona Góra, 2014-11-26

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.04.2014.
Nazwa zadania: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

ZADANIE 2 - Dezynfektor laboratoryjny - 1 szt.

1. Zamawiający posiada demineralizator HYDROLAB HLP10. Prosimy o podane informacji czy demineralizator jest wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania – model HLP10p?

Ad. 1. Laboratorium posiada demineralizator HLP10, który dotychczas współpracował ze zmywarką SALVIS 550.

2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje „przynajmniej 1 dowolnie programowany program użytkownika. Wzorcowy model dezynfektora opisany przez Zamawiającego nie posiada miejsca na indywidualnie tworzony program a jedynie istnieje możliwość elastycznego programowania parametrów procesowych przez tworzenie modyfikacji programowych. Czy Zamawiający dopuści wyżej opisane rozwiązanie?

Ad. 2. TAK

3. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje „Wózek iniekcyjny – 1 szt. do umieszczania naczyń szklanych z wąskimi szyjkami z 32 dyszami:
- 15 dysz 4,0 x 160 mm, 15 uchwytów
- 17 dysz 6,0 x 220 mm, 17 uchwytów.

Zgodnie z materiałami oryginalnymi producent wzorcowego modelu dezynfektora nie posiada w swojej ofercie wyżej opisanego wózka. Czy Zamawiający dopuści wózek iniekcyjny do umieszczania naczyń szklanych z wąskimi szyjkami z 32 dyszami:

- 14 dysz 4,0 x 160 mm, 14 uchwytów
- 18 dysz 6,0 x 220 mm, 18 uchwytów?

Ad. 3. TAK

4. Gwarancja producenta na wzorcowy model dezynfektora wynosi 12 miesięcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12-miesięczny okres gwarancji dla tego urządzenia?

Ad. 4. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na 12 miesięczny okres gwarancji.

5. Zamawiający we wzorze Umowy Dostawy w punkcie 6 podaje „Wykonawca gwarantuje, że Sprzęt jest fabrycznie nowy, sprawny oraz spełnia wszystkie parametry techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w SIWZ i zostanie bezpłatnie dostarczony, zamontowany, uruchomiony i przystosowany do istniejących w miejscach dostawy instalacji (wraz z niezbędnymi elementami do podłączenia do mediów) na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Poniżej przedstawiamy wymagania instalacyjne dla wzorcowego modelu dezynfektora opisanego przez Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający posiada przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne zgodne z następującymi wytycznymi:

| | | | | | |
|----|---|--|---|------------|-----------------|
| E | - | Przyłącze elektryczne | | | |
| | | Napięcie | - | 3NAC400/50 | V/Hz |
| | | Moc znamionowa | - | 9,7 | kW |
| | | Zabezpieczenie | - | 3 x 16 | A |
| | | Przekrój przewodów | - | 5 x 2,5 | mm ² |
| | | Długość kabla (H05(07)RN-F) bez wtyczki | - | 1,7 | m |
| KW | - | Przyłącze wody zimnej | | | |
| | | Są konieczne dwa przyłącza wody zimnej dla urządzeń z kondensatorem pary (DK). Ewentualnie istnieje możliwość podłączenia drugiego węża poprzez złącze "Y" | | | |
| | | Temperatura maks. | - | 20 | °C |
| | | Twardość wody maks. | - | 60 | °dH |
| | | Minimalne ciśnienie wody | - | 250 | kPa |
| | | Maksymalne ciśnienie wody | - | 1000 | kPa |
| | | Przepływ | - | 8 | l/min |
| | | Gwint zaworu przyłączeniowego, zewnętrzny | - | 3/4 | cala |
| | | Długość węża dopływu wody do dezynfektora | - | 1500 | mm |
| | | Długość węża dopływu do kondensatora pary | - | 1500 | mm |
| WW | - | Przyłącze wody ciepłej | | | |
| | | Temperatura maks. | - | 70 | °C |
| | | Twardość wody maks. | - | 60 | °dH |
| | | Minimalne ciśnienie wody | - | 250 | kPa |
| | | Maksymalne ciśnienie wody | - | 1000 | kPa |
| | | Przepływ | - | 8 | l/min |

Ad. 5. Podane parametry są zbyt szczegółowe, nie dysponuje wszystkimi informacjami. Stan aktualny: przyłącze elektryczne – zgodne z zapytaniem, KW – dwa przyłącza wody zimnej, pozostałe parametry nie są nam znane, VE – laboratorium dysponuje demineralizatorem HLP10, AW – nie dysponuje tak szczegółowymi danymi, laboratorium w miejscu docelowego użytkowania dezynfektora posiadało dotychczas podłączoną zmywarkę SALVIS 550.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARI

lek. wet. Zbigniew Marks