

ZSA.272.04.2014

Zielona Góra, 2014-11-26

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.04.2014.  
Nazwa zadania: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Zadanie 2 – Dezynfektor laboratoryjny

1. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny ze zintegrowaną szafką na pojemniki do środków myjących w płynie (na 2 pojemniki po 5l)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 1 TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny z systemem bardzo łatwego wyboru programu myjącego za pomocą przycisku (wybór wszystkich zakodowanych programów w pamięci) oraz dla najczęściej używanych programów za pomocą 3 przycisków zlokalizowanych na panelu (3 najczęściej używane programy są przypisane 3 przyciskom)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 2. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny w filtr HEPA H14? Jest to skuteczniejszy filtr od wymaganego, a wymiana filtra zalecana jest zgodnie z wymaganiami Zamawiającego po 500 godzinach pracy. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 3. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny o mocy grzewczej 2 kW? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 4. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

5. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny, wyposażoną wyłącznie w system do dozowania środków płynnych (środka myjącego i neutralizatora) w postaci dwóch wbudowanych pomp, bez dozowników umieszczonych w drzwiach dla środka myjącego w proszku i płynie? Stosowanie tego typu detergentów zapobiega ewentualnym zarysowaniom mytego szkła oraz jest bardziej ekonomiczne, niż stosowanie detergentów proszkowych.

**Ad. 5. Nie. Zamawiający nie dopuści dezynfektora laboratoryjnego wyposażonego wyłącznie w system do dozowania środków płynnych. Laboratorium chce mieć większą możliwość wyboru środków myjących. Użycie środków myjących w postaci proszku ma wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji sprzętu. W związku z racjonalnym wykorzystywaniem środków finansowych laboratorium nie chce rezygnować z tej opcji.**

6. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny z wysokowydajnym systemem usuwania pary wodnej opartym na zasadzie działania kondensatora? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 6. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

7. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny wyposażoną w przyłącza wodne do wody zimnej, demineralizowanej oraz ciepłej z ciśnieniem przepływu od 2 do 5 bar? Zgodnie z obowiązującymi przepisami ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 7. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

8. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny o całkowitej mocy przyłączeniowej wynoszącej 5,6 kW, grzałkami o mocy 5,7 kW oraz pompą obiegową o mocy 0,55 kW? Podane parametry, w porównaniu do wymaganych, nie powodują pogorszenia efektywności mycia a mniejsza moc pozwala na mniejsze zużycie energii elektrycznej. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

9. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny o całkowitej mocy przyłączeniowej wynoszącej 8 kW, grzałkami o mocy 5,7 kW oraz pompą obiegową o mocy 0,55 kW? Podane parametry, w porównaniu do wymaganych, nie powodują pogorszenia efektywności mycia a mniejsza moc pozwala na mniejsze zużycie energii elektrycznej. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 8. Ad. 9. Nie. Laboratorium w miejscu docelowego użytkowania posiada jedynie przyłącze wody zimnej, w związku z tym grzałka o mocy przynajmniej 9kW zagwarantuje szybsze podgrzanie wody i skróci czas działania urządzenia.**

10. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny z cyfrowym wyświetlaczem LCD zamiast typu LED? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 10. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

11. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny z wbudowanym zmiękczaczem dla wody ciepłej do 60°C i wody zimnej? Stosowane w zmywarkach laboratoryjnych złoża zmiękczone wodę cechują się odpornością do temperatury 60°C. Przekroczenie zalecanej przez producenta temperatury powoduje stopniowe pogarszanie właściwości złoża i może spowodować jego zniszczenie. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 11. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

12. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny bez złącza optycznego do celów serwisowych? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi dla Zamawiającego typ złącza serwisowego, używanego jedynie przez wykwalifikowanych serwisantów

**Ad. 12. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

13. Czy Zamawiający dopuści dezynfektor laboratoryjny zgodną z EN 61010-1:2001, EN 61326-1:2006, Dyrektywą 06/96/EEC, EN 61010-2:040:2005, Dyrektywą 98/37/EEC, Dyrektywą 04/108/EEC? Posiadane certyfikaty są zgodne z ogólnie funkcjonującymi certyfikatami na rynku i potwierdzają bardzo wysoką jakość urządzenia.

**Ad. 13. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Zadanie 3 – Szafy chłodnicze**

1. Czy Zamawiający dopuści szafę z materiałem drzwi i obudowy wykonane ze stali szlachetnej oraz obudową w kolorze stali szlachetnej? Zaproponowana szafa spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostały sprzęt jest w kolorze białym.**

2. Czy Zamawiający dopuści szafę z materiałem drzwi i obudowy wykonane ze stali oraz obudowie w kolorze białym? Zaproponowana szafa spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 2. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zadanie 12 – Zamrażarka laboratoryjna skrzyniowa**

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności całkowitej 215 l oraz użytkowej 200 l? Zaproponowana zamrażarka spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Ad. 1. TAK. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

\_\_\_\_\_  
Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA  
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
LEKARZA WETERYNARIJ.  
*Zbigniew Marks*  
lek. wet. Zbigniew Marks