

ZSA.272.04.2014

Zielona Góra, 2014-11-26

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSA.272.04.2014.  
Nazwa zadania: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Zadanie nr 4 inkubator mikrobiologiczny

1. Czy Zamawiający wymaga osobnego czujnika Pt 100 ze świadectwem wzorcowania?

**Ad. 1. TAK**

2. Prosimy o podanie ilości punktów, dla których ma być wzorcowany czujnik.

**Ad. 2. 25 , 30, 37 st.C**

3. Czy gniazdo silikonowe ma mieć średnicę 10 mm?

**Ad. 3. TAK**

### Zadanie 9 – młynek tnący

1. Czy Zamawiający życzy sobie, aby oprócz standardowego ostrza umieszczonego w komorze mielącej, doposażenie młyna tnącego w dodatkowe ostrze ze stali nierdzewnej?

**Ad. 1. Tak, zamawiający życzy sobie oprócz standardowego ostrza umieszczonego w komorze mielącej, doposażenie młyna tnącego w dodatkowe ostrze ze stali nierdzewnej.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

\_\_\_\_\_  
Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA  
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
LEKARZA WETERYNARIII

*Zbigniew Marks*  
lek. wet. Zbigniew Marks