



Zielona Góra, dnia 1 czerwca 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LUBUSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

z siedzibą w Zielonej Górze

Wykonawcy
-wszyscy-

Nasz znak: ZSA.272.4.2017B

Dot. sprawy nr: ZSA.272.4.2017

pismo z dnia:

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 euro na dostawę testów ELISA, koniugatów do diagnostyki wścieklizny oraz płytek do oznaczania lekooporności.

Nr sprawy: ZSA.272.4.2017

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Botanicznej 14, 65-306 Zielona Góra, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktów pokrywających całościowe zapotrzebowanie Zamawiającego ale konfekcjonowanych w odmienny sposób niż wskazany w SIWZ np. jeden zestaw = 4 płytki ?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktów pokrywających całościowe zapotrzebowanie Zamawiającego, ale konfekcjonowanych w odmienny sposób niż wskazany w SIWZ.

2. Czy w Zadaniu 3 TESTY ELISA DO DIAGNOSTYKI CHOROBY AUJESZKYEGO (chA) zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu w ilości pokrywającej



zapotrzebowanie zamawiającego, ale pakowanego w opakowanie zbiorcze 1 zestaw = 4 płytki?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu w ilości pokrywającej zapotrzebowanie Zamawiającego, ale pakowanego w opakowanie zbiorcze 1 zestaw = 4 płytki.

3. Czy w Zadaniu 3 TESTY ELISA DO DIAGNOSTYKI CHOROBY AUJESZKYEGO (chA) zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu, którego koniugat dostarczany jest w postaci stężonej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie produktu, którego koniugat dostarczany jest w postaci stężonej.

4. Czy w Zadaniu 3 TESTY ELISA DO DIAGNOSTYKI CHOROBY AUJESZKYEGO (chA) dopuszcza złożenie oferty na test, do oznaczanie surowic, które przed badaniem powinny zostać rozcieńczone w stosunku 1:2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na test, do oznaczania surowic, które przed badaniem powinny zostać rozcieńczone w stosunku 1:2.

5. Czy w Zadaniu 3 TESTY ELISA DO DIAGNOSTYKI CHOROBY AUJESZKYEGO (chA) dopuszcza złożenie oferty na test w którym płytki podzielne na 6 pasków 2x8 dołków umieszczonych na jednej płytce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na test, w którym płytki podzielone są na 6 pasków 2x8 dołków umieszczonych na jednej płytce.

6. Czy w Zadaniu 6 TESTY ELISA DO DIAGNOSTYKI ZAKAŻNEGO ZAPALENIA NOSA I TCHAWICY / OTREĘTU BYDŁA (IBR/IPV) zamawiający dopuszcza złożenie oferty na test, którego koniugat dostarczany jest w postaci stężonej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na test, którego koniugat dostarczany jest w postaci stężonej.



7. Czy w Zadaniu 7 TESTY ELISA DO DIAGNOSTYKI WIRUSOWEJ BIEGUNKI BYDŁA I CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH (BVD/MD) zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu w ilości 1 zestaw = 4 płytki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na zaoferowanie produktu w ilości 1 zestaw = 4 płytki.

LUBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze
Zofia Bańprezak

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a ZSA



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra
tel.: (68) 453-73-00, fax: (68) 453-73-01, e-mail: zielonagora.wiw@wet.zgora.pl, www.wet.zgora.pl

