



Zielona Góra, dnia 1 czerwca 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

LUBUSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

z siedzibą w Zielonej Górze

Wykonawcy
-wszyscy-

Nasz znak: ZSA.272.4.2017C

Dot. sprawy nr: ZSA.272.4.2017

pismo z dnia:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa testów ELISA, koniugatów do diagnostyki wścieklizny oraz płytek do oznaczania lekooporności, oznaczonego numerem ZSA.272.4.2017 Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w następującym zakresie:

1. Rozdział IX pkt 17 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie transportu, oznakowanej w następujący sposób:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra

Dostawa testów ELISA, koniugatów do diagnostyki wścieklizny oraz płytek do oznaczania lekooporności

Nie otwierać przed dniem 07.06.2017 roku; godz.: 12:00.

2. Rozdział X pkt 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra, w sekretariacie, w terminie do dnia **07.06.2017 r., do godziny 11:00.**



3. Rozdział X pkt 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze, ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra, przez Komisję Przetargową, w dniu 07.06.2017 r. o godzinie 12:00.

4. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1. opis przedmiotu zamówienia, kolumny 4 i 5 otrzymują następującą treść:

Ilość zamawiana: 10 płytek; Wielkość opakowania: zestaw nie większy niż 5 – płytkowy konfekcjonowany w sposób zapewniający pokrycie całościowego zamówienia.

5. Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie 2. opis przedmiotu zamówienia, kolumny 4 i 5 otrzymują następującą treść:

Pozycja 1: Ilość zamawiana: 10 płytek; Wielkość opakowania: zestaw konfekcjonowany w sposób zapewniający pokrycie całościowego zamówienia.

6. Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie 2. opis przedmiotu zamówienia, kolumny 4 i 5 otrzymują następującą treść:

Pozycja 2: Ilość zamawiana: 2 płytki; Wielkość opakowania: zestaw konfekcjonowany w sposób zapewniający pokrycie całościowego zamówienia.

7. Załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie 3. opis przedmiotu zamówienia, kolumny 4 i 5 otrzymują następującą treść:

Ilość zamawiana: 120 płytek; Wielkość opakowania: zestaw nie większy niż 10 – płytkowy konfekcjonowany w sposób zapewniający pokrycie całościowego zamówienia.

8. Załącznik nr 3 do SIWZ Zadanie 3. opis przedmiotu zamówienia, kolumna 3 otrzymuje następującą treść:

Opis - parametry techniczne:

- a) wykrywanie glikoproteiny gE(I) wirusa PRV w surowicy krwi świń bez konieczności jej rozcieńczania
- b) test oparty na zasadzie metody blokowania z możliwością inkubacji dziennej lub nocnej;
- c) koniugat w postaci gotowej do użycia
- d) test oparty na metodzie blokowania;
- e) płytka 96-dołkowa niedzielona lub dzielona;
- f) odczyt przy pojedynczej długości fali 450 nm;
- g) zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania.

9. Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 4. opis przedmiotu zamówienia, kolumny 4 i 5 otrzymują następującą treść:



Ilość zamawiana: 15 płytek; Wielkość opakowania: zestaw nie większy niż 5 – płytkowy konfekcjonowany w sposób zapewniający pokrycie całościowego zamówienia.

10. Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 4. opis przedmiotu zamówienia, kolumna 3 otrzymuje następującą treść:

Opis - parametry techniczne:

- a) wykrywający przeciwciała specyficzne dla wirusa CSF w surowicy świń oraz dzików
- b) test oparty na metodzie blokowania,
- c) wykonanie możliwe w inkubacji dziennej lub nocnej;
- d) mikropłytki 96- dołkowa dzielona;
- e) koniugat gotowy do użycia,
- f) odczyt przy pojedynczej długości fali 450 nm oraz przy podwójnej długości fali 450 i 650 nm;
- g) dopuszczalna interpretacja wyników: dodatni, wątpliwy, ujemny;
- h) zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania.

11. Załącznik nr 5 do SIWZ Zadanie 5. opis przedmiotu zamówienia, kolumny 4 i 5 otrzymują następującą treść:

Ilość zamawiana: 2 płytki; Wielkość opakowania: zestaw konfekcjonowany w sposób zapewniający pokrycie całościowego zamówienia.

12. Załącznik nr 6 do SIWZ Zadanie 6. opis przedmiotu zamówienia, kolumny 4 i 5 otrzymują następującą treść:

Ilość zamawiana: 5 płytek; Wielkość opakowania: zestaw konfekcjonowany w sposób zapewniający pokrycie całościowego zamówienia.

13. Załącznik nr 7 do SIWZ Zadanie 7. opis przedmiotu zamówienia, kolumny 4 i 5 otrzymują następującą treść:

Ilość zamawiana: 5 płytek; Wielkość opakowania: zestaw konfekcjonowany w sposób zapewniający pokrycie całościowego zamówienia.

14. Załącznik nr 7 do SIWZ Zadanie 7. opis przedmiotu zamówienia, kolumna 3 otrzymuje następującą treść:

Opis - parametry techniczne:

- a) wykrywający białko P-80 BVD/MD w indywidulanych lub pulowanych do 10 próbkach surowicy bydła;
- b) test oparty na metodzie blokowania;
- c) koniugat w postaci koncentratu lub w postaci gotowej do użycia;
- d) płytki dzielone 96- dołkowe;
- e) odczyt przy pojedynczej długości fali 450 nm;



- f) zamawiający wymaga, aby test zawierał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania.

LUBUSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Zielonej Górze
Zofia Batorczak

