

Zielona Góra, 2009-11-27

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/09/9. Nazwa zadania: DOSTAWA STOMACHERA, MIESZADEŁ I WAG

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) wyjaśnia treść SIWZ.

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie następującego pytania:

Załącznik nr 4, ZADANIE NR 4

1. *Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej oświadczenia że Usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania: montaż, instalacja, przeszkolenie personelu, serwis gwarancyjny są wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych do tego pracowników Wykonawcy?*
2. *Czy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć zaświadczenie producentów oferowanej WIRÓWKI o udzieleniu autoryzacji na sprzedaż i serwisowanie w/w wyrobów na terenie Polski oraz o przeszkoleniu przez producenta pracowników serwisu wykonawcy świadczących usługi wymienione w SIWZ?*
3. *Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o prędkości 14600 rpm lub powyżej 18000 rpm?*
4. *Czy Zamawiający dopuszcza rotor wychylny z adapterami na próbówki 20 ml lub 25 ml zamiast 30 ml?*
5. *Czy Zamawiający dopuszcza rotor wychylny z wkładami na próbówki o pojemności 4 x 25 ml (za jednym razem można odwirować 14 probówek o pojemności 25 ml lub 3 x 20 ml (za jednym razem można odwirować 12 probówek o pojemności 20 ml)?*
6. *Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana wirówka posiadała możliwość montowania rotorów bez użycia narzędzi (tzw. AUTO-LOCK)?*
7. *Czy oferowana wirówka musi posiadać znak CE?*
8. *Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatury od -8°C do +40°C?*
9. *Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 8 tygodni licząc dni od czasu odpisania umowy?*
10. *Czy Zamawiający dopuszcza pojemność rotora horyzontalnego na 28 sztuk probówek o pojemności 15ml?*

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Tak

Ad. 2. Tak

Ad. 3. Tak,

Ad. 4. Nie. Zamawiający dopuszcza rotor zgodnie ze specyfikacją jak w pkt.12 umożliwiającą pracę z probówkami o poj. 15ml i poj. 100ml

Ad. 5. Nie

Ad. 6. Nie

Ad. 7. Tak

Ad. 8. Nie
Ad. 9. Nie
Ad. 10. Nie

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

ZASTĘPCA
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
LEKARZA WETERYNARII

lek. wet. Zbigniew Marks